BULLETIN TECHNIQUE

Professional Services | Centre d'assistance Roche
201 Boul. Armand-Frappier, Laval, Québec, H7V 4A2

Date	**Novembre 2013**	13-915
Sujet	**Valeurs canadiennes du PreciControl ClinChem Multi I et II pour BILD2**	
Systèmes	**MODULAR *ANALYTICS <P>*, COBAS INTEGRA® 400*plus* et 800, cobas c**111/311/501/502/701/702	
Pièces jointes	Aucune	

Nom des produits affectés	No de produit	Lots / Expiration
PreciControl ClinChem Multi I	05117003190	170141 à 170146 / 2015-06
PreciControl ClinChem Multi II	05117216190	170149 à 170154 / 2015-06

Sujet

Ce bulletin contient les valeurs canadiennes du PreciControl ClinChem Multi I et II à utiliser avec la trousse Bili-D Gen. 2.

Action requise dans votre analyseur

Veuillez utiliser les valeurs ci-dessous pour effectuer la mise à jour des valeurs de contrôles dans votre système :

Les valeurs de contrôles doivent être entrées manuellement. Veuillez référer aux instructions spécifiques à votre instrument disponibles dans le manuel de l'opérateur.

Contrôles	Instruments	No. Lots	Valeur	Intervalles	1 DS	Unités
PCCM I	MODULAR P	170141	14.4	10.8 – 18.0	1.2	µmol/L
		170142	14.2	10.9 – 17.5	1.1	
		170143	14.2	10.9 – 17.5	1.1	
		170144	14.3	11.0 – 17.6	1.1	
		170145	14.1	10.8 – 17.4	1.1	
		170146	14.1	10.8 – 17.4	1.1	
	INTEGRA400+/800 **cobas c** 111/311/501/502/701/702	170141	13.4	10.1 – 16.7	1.1	µmol/L
		170142	13.4	10.1 – 16.7	1.1	
		170143	13.3	10.0 – 16.6	1.1	
		170144	13.4	10.1 – 16.7	1.1	
		170145	13.2	10.2 – 16.2	1.0	
		170146	13.2	10.2 – 16.2	1.0	

Contrôles	Instruments	No. Lots	Valeur	Intervalles	1 DS	Unités
PCCM II	MODULAR P	170149	30.0	22.8 – 37.2	2.4	µmol/L
		170150	30.0	22.8 – 37.2	2.4	
		170151	29.6	22.4 – 36.8	2.4	
		170152	30.0	22.8 – 37.2	2.4	
		170153	29.6	22.4 – 36.8	2.4	
		170154	29.4	22.2 – 36.6	2.4	
	INTEGRA400+/800 **cobas c** 111/311/501/502/701/702	170149	27.5	20.9 – 34.1	2.2	µmol/L
		170150	27.4	20.8 – 34.0	2.2	
		170151	27.2	20.6 – 33.8	2.2	
		170152	27.4	20.8 – 34.0	2.2	
		170153	27.2	20.6 – 33.8	2.2	
		170154	27.0	20.4 – 33.6	2.2	

Action requise

· Conservez ce document pour référence future.

Questions

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'assistance Roche à l'un des deux numéros suivants : 1-877-273-3433 ou (450) 686-7111, également par courriel à laval.techinfo@roche.com.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Roche Diagnostics.